Muster Medizintechnik GmbH – Demo

Aufbereitungsanweisung A – Klasse I

Muster Medizintechnik GmbH · Beispiel-Dokument der Demo. Dieses Dokument ist frei erfunden und ersetzt keine echte Aufbereitungsanweisung.

Geltungsbereich: wiederverwendbare chirurgische Instrumente aus rostfreiem Stahl ohne Gelenk (Klasse I).

Vorbereitung am Einsatzort: Grobe Verschmutzungen unmittelbar nach Gebrauch mit einem flusenfreien Tuch entfernen. Instrumente trocken entsorgen.

Reinigung und Desinfektion: Maschinell im Reinigungs- und Desinfektionsgerät nach DIN EN ISO 15883 mit alkalischem Reiniger; Thermodesinfektion A0 ≥ 3000.

Sterilisation: Dampfsterilisation, fraktioniertes Vakuumverfahren, 134 °C, 5 Minuten.