Aufbereitungsanweisung A – Klasse I r

Muster Medizintechnik GmbH · Beispiel-Dokument der Demo. Dieses Dokument ist frei erfunden und ersetzt keine echte Aufbereitungsanweisung.

Geltungsbereich: wiederverwendbare chirurgische Instrumente mit Gelenk, Schloss oder Sperre (Klasse I r).

Vorbereitung am Einsatzort: Instrumente geöffnet ablegen, Schlösser lösen, Gelenke nicht trocken bewegen.

Reinigung und Desinfektion: Maschinell, Instrumente geöffnet lagern; Gelenke nach der Trocknung mit Instrumentenöl pflegen.

Sterilisation: Dampfsterilisation, fraktioniertes Vakuumverfahren, 134 °C, 5 Minuten. Instrumente im ersten Rastzahn geschlossen.